



PROJETO BÁSICO Nº. 258
DE: ATENÇÃO AO DEFICIENTE
PARA: COORDENAÇÃO GERAL

DATA: 19/11/2018


Prezado Coordenador:

Encaminho projeto básico, em favor do paciente MARIA ISELT DE JESUS OLIVEIRA, com especificações para o fornecimento do Aparelho de Ventilação Não Invasiva - CPAP, conforme relatório médico e demais documentos anexados ao processo (CI Nº 9427/2018-SES).

O referido item não faz parte dos produtos contemplados pela tabela SIA/SUS, porém, diante da sentença do processo nº 201840901055 do Estado de Sergipe, faz-se necessária a sua aquisição direta pela logística/SES.

Item	Descrição Simplificada	Especificação	Quantidade
1	Aparelho de Ventilação Não Invasiva - CPAP	• Modos de funcionamento: CPAP Fixo/Automático • Nível de Ruído: 30 dB • Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O • Rampa: 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.) • Compensa vazamento: Sim • Cartão de dados: Cartão SD • Armazenamento de Dados: Completo (IAH, IA, IH, AC, AO, ronco, Fuga, LF, RP, RERA, Horas de uso) • Software: Encore Pro • Compensação de altitude: Automática • Auto ON / OFF: Sim • Lembrete para Paciente: Sim	01
2	Máscara nasal	• Tipo de Máscara: Almofada Nasal • Material da almofada: Silicone • Apoio de testa: Não • Presilhas: Não • Almofada substituível: Sim	01

Atenciosamente,


Mariana C. Guerra
Setor de Atenção ao Deficiente/CASE